



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓) รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓) รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓) รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.wcrhospital.go.th/> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๕๓-๑๓๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาวนนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ รพ.วขร. ๘/๒๕๖๑

การซื้อรถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน(ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาล (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓) รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ๕๔ หมู่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

/ราคาที่เสนอ...

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาล (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓) รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน รถกระบะ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และให้ทำเครื่องหมายในแคตตาล็อกที่เสนอราคาให้ชัดเจนว่าเป็น สปекรุ่น / แบบ ไหน มีรายละเอียดตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของทางการซื้อใดให้ครบทุกข้อ (ให้ตรวจสอบไฟล์ว่าละเอียดชัดเจนหรือไม่ก่อนส่งหากรายละเอียดไม่ชัดเจนคณะกรรมการจะพิจารณาไม่รับรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบมาให้พิจารณา หากเป็นสำเนา/รูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)



(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น หรือโครงการคุซะโนะเนะ ชื่อโครงการ -โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และโปรดทราบว่า การเสนอราคาและใบส่งของรวมถึงใบเสร็จรับเงินในการส่งมอบพัสดุจะต้องไม่ปรากฏรายการภาษีใดๆทั้งสิ้นให้แจ้งเป็นราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงเท่านั้น

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ และจะมีผลต่อสัญญาต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น หรือโครงการคุซะโนะเนะ ชื่อโครงการ -โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือ ค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้ง กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกธำนาจเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ เสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ราคากลาง ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท/คัน)  
รถโมบายใช้สำหรับเยี่ยมบ้าน แบบรถกระบะ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์  
โรงพยาบาลเวียงเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๑. ความต้องการ รถพยาบาลสำหรับให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วย และใช้ออกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ระดับ BLS พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลและเพื่อไปให้บริการผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ความต้องการ รถยนต์กระบะต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง สำหรับให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยมีอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ

๓.๒ วัตถุประสงค์ สำหรับส่งต่อผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ

๓.๓ ความต้องการจำเพาะ

๓.๓.๑ รถกระบะพยาบาลที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการรับส่งผู้ป่วย

๓.๓.๒ สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อที่ต้องการการดูแลตามมาตรฐานรถพยาบาล

ทั่วไป

๓.๓.๓ มีเครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุคมนาคมแบบVHF/FM ขนาด ไม่น้อยกว่า๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์โดยใช้ความถี่หลักของทางราชการ

๓.๓.๔ มีตัวอักษร สัญลักษณ์ที่มองเห็นง่าย และมีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ สามารถให้ความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

๓.๔ คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์มีรายละเอียด ดังนี้

๑.คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์กระบะสีขาวแบบตอนเดียว (Single Cab) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์ สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน

๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งนั่งได้ ๒ คน(รวมคนขับ) มีกระจกกันหลังแบบบานเลื่อนติดต่อกันได้มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ที่นั่ง

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๑ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายศกร อินทะรังษี)	ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีเนวิน มณีรัตน์)

๑.๓ กระจกต้องเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ตัวกระจกที่อยู่รอบนอกติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถป้องกันรังสี UV ได้ ช้างหน้า ๒ ช้างด้านคนขับให้ความทึบแสงไม่เกิน ๔๐% ยกเว้น กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มแบบใสให้ความทึบแสงไม่เกิน ๓๐% เต็มบาน ด้านห้องกระบะพยาบาลมี ความทึบแสง ๘๐%

๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นคอยล์เย็นห้องละ ๑ จุด ซึ่งเป็น ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยเครื่องปรับอากาศหลังมี สวิตช์ ควบคุมเปิดปิดที่ห้องคนขับอีกชั้นหนึ่ง ตู้จ่ายลมเครื่องปรับอากาศหลังแบบแวนพ่นลมไป ด้านท้ายรถมีสวิตช์ ควบคุมกำลังลมที่ตัวเครื่อง

๑.๕ ในห้องคนขับติดตั้งวิทยุ ระบบ CD, MP๓ พร้อมลำโพง ๑ คู่(มาตรฐานตัวรถยนต์)

๑.๖ มีแผ่นบังแดดกระจกด้านหน้าซ้ายขวาด้านละ ๑ อัน

๑.๗ ห้องคนขับมีประตูเปิดปิดทั้งด้านซ้ายขวา มีกุญแจล็อกได้

๑.๘ ห้องพยาบาลเป็นหลังคาไฟเบอร์ทรงสูงประตูด้านหลังเปิดปิดแบบบานคู่เปิดออกด้านข้างพร้อม ระบบล็อกและกุญแจอย่างดีมีความสูงจากขอบกระบะถึงหลังคาไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.ได้มาตรฐาน ISO แบบเอกสารมาในวันเสนอราคา

๑.๙ ติดตั้งวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

๑.๑๐ มีชุดโคมไฟฉุกเฉินฝาใสด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน ด้านขวาให้แสงสีแดง แบบแถวยาวชนิดเรียบ สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว ประกอบด้วยโคมไฟกระพริบแบบหลอดLED แบบเป็นชุด ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด มีสวิตช์ควบคุมเลือก แสงแบบ ๑๐๐% และ แบบ ๕๐% เป็นผลิตภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป แบบมาตรฐาน ISO

๑.๑๑ ติดตั้งชุดกำเนิดเสียงไซเรนให้เสียงแตกต่างกันไม่น้อยกว่า ๕ เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๑.๑๒ ติดตั้งไฟกระพริบฉุกเฉิน แบบหลอด LED รอบตัวรถยนต์ จำนวน รวม ๘ ดวง ให้แสงสีแดง จำนวน ๔ ดวง และแสงสีน้ำเงิน จำนวน ๔ ดวง โดยติดตั้ง ๒ ดวงที่กระจังหน้ารถ, ๔ ดวงที่ด้านข้าง ซ้ายขวาตอนบนของห้องพยาบาลและอีก ๒ ดวง ที่ฝาประตูท้าย รวมทั้งติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบปรับก้มเงยได้ใช้หลอดLED ด้านข้างซ้ายขวาข้างละ ๒ ดวงและในห้องพยาบาลด้านท้ายอีก ๑ ดวงและ บนหลังคาส่วนท้ายติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินแถวสั้น หลอดไฟ LED แดง-น้ำเงิน จำนวน ๑ ดวง

๑.๑๓ ติดตั้งกันชนท้ายแอสตันเลสสำหรับขึ้นลง โดยด้านบนปูด้วยแอสตันเลสลายกันลื่น จำนวน ๑ อัน

๑.๑๔ มีตู้เวชภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยา จำนวน ๑ ตู้

๑.๑๕ มีเก้าอี้มานั่งยาวพร้อมพนักพิงและเข็มขัดนิรภัยแบบอัตโนมัติ ๒ จุด จำนวน ๓ที่นั่ง ๑ ตัว โดยออกแบบให้ตอนล่างเป็นที่ เก็บของได้

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๒ ของจำนวน ๑๒ แผ่น

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(รภาพ ดิอิทธิกุล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีเนิเวศน์ มณีรัตน์)

- ๑.๑๖ พื้นห้องพยาบาลปูด้วยไม้อัดซีเมนต์ไม่ซีมน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.แล้วปูทับด้วยอลูมิเนียม  
 ๑.๑๗ ติดตั้งกล่องบันทึกด้านหน้าและกล่องบันทึกภายในห้องคนขับ พร้อมการ์ดบันทึก ขนาดไม่  
 ๑.๑๘ ติดตั้งกันสาดประตูทั้ง ๒ ข้าง  
 ๑.๑๙ ติดตั้งระบบติดตามรถGPS  
 ๑.๒๐ ติดตั้งหม้อแปลงไฟจาก ๑๒ โวลต์ เป็น ๒๒๐ โวลต์ พร้อมเต้าเสียบ และมีสวิทช์ควบคุมใน  
 ห้องโดยสาร

**๒. คุณสมบัติทางเทคนิคตัวรถยนต์**

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตร  
 ความจุระบายออกสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ซีซี.หรือไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า ระบบน้ำมัมเชื้อเพลิงเป็น  
 แบบCommon rail และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ๒.๒ ระบบส่งกำลัง  
 - คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก  
 - เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุกประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า๖เกียร์และเกียร์ถอย  
 หลัง ๑ เกียร์  
 - ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 ๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแรคแอนดพีนีเยนช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวาพร้อมเพาเวอร์  
 ช่วย  
 ๒.๔ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก ๒วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรค  
 ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรคพร้อมหม้อลมช่วยเบรค  
 ๒.๕ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์  
 ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ  
 ๒.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒โวลต์๖๕แอมแปร์ต่อชั่วโมงและโคมไฟประจำรถครบถ้วน  
 ตามรูปแบบ  
 ๒.๗ ล้อกระทะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ยางเป็นแบบเรเดียลแบบ A/Tขนาดไม่น้อยกว่า  
 ๒๔๕/๗๐R๑๖  
 ๒.๘ ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร  
 ๒.๙ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

**อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ**

- ๕.๑ ผ้ายางปูพื้นห้อง คนขับ จำนวน ๒ แผ่น  
 ๕.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑		แผ่นที่ ๓ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายยศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (วรภพ ตีอิทธิกุล)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีวินเวศน์ มณีรัตน์)
.....กรรมการ	.....ประธานคณะกรรมการ	.....กรรมการ

๕.๓	แม่แรงยกรถพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๕.๔	ประแจถอดล้อ	จำนวน ๑ อัน
๕.๕	เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๕.๖	หนังสือคู่มือประจำรถ	จำนวน ๑ เล่ม
๕.๗	น้ำยาดับเพลิงประจำรถแบบสเปรย์	จำนวน ๑ กระป๋อง
๕.๘	การบำรุงรักษาฟรีภายในระยะทาง หรือเวลาที่บริษัทฯ ผู้แทนจำหน่ายกำหนด	
๕.๙	อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ ( Catalog ) ที่แนบท้ายสัญญา	

**หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ**

**๑. เตียงนอนผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง**

**๑.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้**

๓.๖.๑.๑ โครงเตียงทำจากโลหะผสมปลอดสนิม สามารถเข็นขึ้น ลงห้องพยาบาล ได้อย่างสะดวก โดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง ๑ คน เตียงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กก.

๓.๖.๑.๒ มีราวกันตกทำจากโลหะปลอดสนิม ทั้งด้านซ้ายและขวา

๓.๖.๑.๓ แผ่นรองตัวผู้ป่วยแบ่งออกเป็นอย่างน้อย ๒ ส่วนแยกจากกัน ทำด้วยพลาสติกไม่ซึมน้ำพนักพิงหลังสามารถปรับให้อยู่ในท่านั่งได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา

๓.๖.๑.๔ มีเบาะรองนอนที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่หมักหมม พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๔ เส้น

๓.๖.๑.๕ ติดตั้งเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑ ต้น พร้อมทั้งสำหรับเสียบด้านข้างเตียง

๓.๖.๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการรับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรอง ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ -“ร่างสำหรับรองรับล้อเตียงทำด้วยสแตนเลสพร้อมระบบล้อคเตียง โดยฐานเตียงสามารถเลื่อนสไลด์ออกมานอกตัวรถได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. เพื่อความสะดวกในการนำเตียงขึ้นรถ สามารถล้อคเตียงตั้งแต่อ่อนกรถได้โดยสะดวก และตัวฐานเตียงสามารถเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาได้อีกด้วย หรือไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปสำเร็จรูปเป็นชิ้นเดียวกับพื้นรถพยาบาลด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อป้องกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบล้อคเตียงจากด้านท้าย และระบบปลดล้อคเตียงอัตโนมัติ ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บ กระดานแข็งรองนอนได้” หรือ -“ฐานสำหรับรองรับล้อเตียง โครง

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑		แผ่นที่ ๔ ของจำนวน ๑๒ แผ่น	
ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ			
(วรภพ ตีอิทธิกุล)			
ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ		
(นายยศกร อินทะรังษี)	(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)		

ทำจากเหล็กชุบต้านบนด้วยสแตนเลสแผ่น พร้อมแผ่นสแตนเลสที่มีลูกกลิ้งช่วงปลาย  
ช่วยในการนำเตียงขึ้น แผ่นสแตนเลสสามารถกางยื่นออกมากรงได้ไม่น้อยกว่า  
๒๐ ซม. และพับเก็บตั้งขึ้นได้ด้วยใช้ค้อนทั้ง ๒ ด้าน เมื่อไม่ใช้งาน”

๒. ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมชุดล็อคศีรษะ จำนวน ๑ ชุด

ชุดแผ่นกระดานรองหลัง

๒.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีเข็มขัด Safety Belt จำนวน

๓ ชุด

๒.๒ ลำแสง X-RAY สามารถทะลุผ่านได้

๒.๓ สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้

๒.๔ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๒.๕ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗.๕ กก.

๒.๖ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.

๒.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการ  
รับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรอง  
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ชุดล็อคศีรษะ

๒.๘ ผลิตจากก้อนโฟมหรือฟองน้ำขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่  
อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย

๒.๙ สามารถใช้ร่วมกับกระดานแข็งรองนอน Spine Board

๒.๑๐ ลำแสง X-RAY สามารถทะลุผ่านได้

๒.๑๑ ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว หรือโพลีเอสเตอร์สีนเหลว  
สามารถกันน้ำได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๓. ระบบให้ออกซิเจน จำนวน ๑ ชุด

๓.๑ ในห้องพยาบาลมีตู้เก็บถังก๊าซออกซิเจนแบบถังตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒  
ท่อ (๒๕ ลิตรน้ำ) (พร้อมท่อแบบบอลูมิเนียมของใหม่ จำนวนรวม ๔ ท่อ) สำหรับจัดเก็บ  
ท่อแบบตั้ง พร้อมระบบส่งออกซิเจนแบบ Pipe Line โดยไม่ใช่ท่อทองแดง เดินสายไปที่  
ผนังด้านข้างเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยมี outlet สำหรับเสียบอุปกรณ์

๓.๒ มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐  
PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับปากท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากรถ  
ได้สะดวก

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๕ ของจำนวน ๑๒ แผ่น

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(วรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีเนวิน มณีรัตน์)

๓.๓.เดินสายออกซิเจนต่อจากชุดปรับลดความดัน ทั้งสองท่อมารวมกันแล้วแยกเป็น ๒ ทาง โดยทางที่ ๑. ต่อเข้ากับชุดปรับการไหลและให้ความชื้นพร้อมกระบอกให้ความชื้น ๑ กระบอก ทางที่ ๒. ต่อกับที่เป็น OUTLET สำหรับต่อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

๓.๔. สายออกซิเจนที่ใช้ต้องเป็นสายที่ออกแบบมาใช้กับออกซิเจนโดยเฉพาะ มีสัญลักษณ์บอกที่ตัวสาย และเป็นผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรปหรือประเทศไทยที่ได้รับ มอก.

๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผ้าผืน จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑ เป็นแบบติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาลมีความละเอียดแม่นยำสูงโดยใช้เข็มในการชี้วัด หรือแบบที่ดีกว่า

๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๔.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) ๑ -okf จำนวน ๑ อัน และเด็ก เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) ๒ ขนาด จำนวนอย่างละ ๑ อัน

๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต

๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด - เปิด สะดวกต่อการใช้งาน

๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการรับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๕. เครื่องดูดเสมหะของเหลวใช้กับไฟรยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๑ แบบมาตรฐาน ติดตั้งภายในตัวรถเป็นชนิดแยกมอเตอร์ออกจากภาชนะใส่เสมหะโดยที่ -“กระบอกใส่เสมหะแบบใช้ซ้ำพร้อมเลขวอกปริมาณ มีความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มล. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์” หรือ-“กระบอกใส่ถุงเสมหะ มีความจุไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มล. โดยมีถุงพลาสติกใส่เสมหะเป็นชนิดซีลปิดปาก และเจาะรูให้ท่อเสมหะไหลผ่าน ๒ รู มีเส้นวัดระดับเสมหะแสดงจำนวนเสมหะสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มล. สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มม.ปรอท”

๕.๒ ใช้ได้กับไฟ ๑๒ VAC ในรถยนต์ พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวเครื่อง

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๖ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายยศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)
ลงชื่อ..... (วราภพ ตีอิทธิกุล)	ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ	ลงชื่อ..... กรรมการ



๕.๓ มีสายคาดเสมหะ ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จำนวน ๑ เส้น

๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการรับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๖. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ ชุด

๖.๑ หน้ากากทำจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mask สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓ ขนาด ขนาดละ ๑ อัน และ Mask สำหรับเด็ก จำนวน ๒ ขนาด ขนาดละ ๑ อัน

๖.๒ ถังลมทำจากซิลิโคน สามารถมองเห็นได้ภายในตัวถังภายนอกหยาบ สลับเรียบเพื่อความกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มล. สำหรับเด็กมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มล.

๖.๓ มีถุงสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชั้น/ชุด

๖.๔ กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด

๖.๕ ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ อัน (Air way)

๖.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการรับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๗. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด

๗.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

๗.๒ ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro Fastener)

๗.๓ เป็นชนิดปรับขนาดตามความยาวของคอผู้ป่วยได้

๗.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

๗.๕ ใน ๑ ชุด มีสำหรับผู้ใหญ่ ๒ ชั้น และของเด็ก ๒ ชั้น

๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลและยังไม่หมดอายุการรับรอง หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๘. เครื่องส่งกล่องเสียง จำนวน ๑ ชุด

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๗ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (รณภพ ทัฬหีกุล)	ประธานคณะกรรมการ
ลงชื่อ..... (นายศกร อินทะรังษี)	กรรมการ
	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีเนวิน มณีรัตน์)

๘.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC

๘.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน หรือดีกว่า

๘.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGENหรือXENON หรือLED ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)

๓.๖.๘.๔ สวิตซ์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ หรือดีกว่า

๘.๕ ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๘.๖ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๕ ขนาด

๘.๗ มีกล่องแข็งเก็บอย่างดี มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

๘.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล และยังไม่หมดอายุการรับรอง และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๙. ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด

๙.๑ โครงสร้างทำจาก Vinyl ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก และไม่บีบรัดร่างกาย

๙.๒ มีปุ่มปิดเปิดลม มั่นคงแข็งแรง

๙.๓ มีสายรัด สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย

๙.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้

๙.๕ มีขนาด ๓ ขนาด สำหรับใช้งานที่ส่วนต่างๆ

๙.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุอลูมิเนียม และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับ

ตัวเฝือก

๙.๗ มีถุงผ้ากันน้ำอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๙.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานสากล และยังไม่หมดอายุการรับรอง และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๑๐. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว

๑๐.๑ เป็นเก้าอี้ทำด้วยโลหะหรือโลหะผสมมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๘ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายยศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)
ลงชื่อ..... (นายยศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ได้ ๑๐.๒ ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบในล่อนอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาด

๑๐.๓ มีที่วางพักเท้า

๑๐.๔ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้การเคลื่อนย้าย  
อย่างรวดเร็ว

๑๐.๕ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กก.

๑๐.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง  
หรือมาตรฐาน มอก. หรือมีผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดย  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๑๑. อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑ สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ตามกระดุกเชิง  
กรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้ม  
ด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่น  
โอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว

๑๑.๒ ตัวเฝือกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

๑๑.๓ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดได้ขา ๒

เส้น

๑๑.๔ บริเวณศีรษะมีหมอนเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้  
ยึดติดกับตัวเฝือกได้

๑๑.๕ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง



๑๑.๖ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้

๑๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง  
หรือมาตรฐาน มอก. และหากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรอง  
ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ยังไม่หมดอายุ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร  
และยา กระทรวงสาธารณสุข

๑๒. ในห้องพยาบาล มีปลั๊กแบบที่จุดบุหรี่สำหรับเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ จุด

๑๓. มีไฟแสงสว่างในห้องพยาบาลมีหลอดไฟ LED ทรงยาว จำนวน ๒ ชุด พร้อมสวิตช์  
ควบคุม

๑๔. มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน โดยสามารถแขวนได้คราว  
เดียวกันได้ ๒ ขวด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขวดน้ำเกลือแกว่ง แบบกล่องทำด้วยอลูมิเนียมหล่อฝังอยู่  
บนเพดาน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑		แผ่นที่ ๙ ของจำนวน ๑๒ แผ่น	
ลงชื่อ.....		ประธานคณะกรรมการ	
	(วราภพ ดีอิทธิกุล)		
ลงชื่อ.....		กรรมการ	
	(นายยศกร อินทะรังษี)		
ลงชื่อ.....		กรรมการ	
	(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)		

๑๕. ห้องพยาบาล ติดตั้งคอนโซลสำหรับวางอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์

๑๖. หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๑ หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟัง เพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือต่ำ

๑๖.๒ หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไร้สนิม ประกอบเป็น ๒ ด้าน ด้าน Bell มียางหุ้มโดยรอบ และด้าน Diaphragm ทำจากโลหะปลอดสนิม

๑๖.๓ ก้านหูฟังทำจากวัสดุสังเคราะห์ น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน

๑๖.๔ สาย (Tubing) ทำจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) ชนิดมีช่องเดียว

๑๖.๕ ความยาวทั้งเส้นรวมสายไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว

๑๖.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

๑๗. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ มีคุณลักษณะดังนี้

๑๗.๑ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์

๑๗.๒ เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี ในย่านความถี่ ๑๕๐ MHz ถึง ๑๖๐ MHz หรือดีกว่า

๑๗.๓ ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex

๑๗.๔ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ Volts จาก Battery

๑๗.๕ มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง

๑๗.๖ RF Input / Output Impedance = ๕๐ Ohm

๑๗.๗ ต้องเป็นเครื่องแบบส่งเคราะห์ความถี่ ตั้งความถี่ใช้งานโดยการโปรแกรมความถี่

๑๗.๘ เสถียรภาพทางความถี่ ( Frequency Stability)  $\pm 5$  PPM หรือน้อยกว่า

๑๗.๙ หน้าปัทม์เครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะทำการส่งวิทยุ

๑๗.๑๐ มีวงจร CTCSS ( Continuous Tone Control Squelch System )

ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม

๑๗.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศญี่ปุ่น

๑๗.๑๒ อุปกรณ์ประกอบ

- ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

- สายอากาศ จำนวน ๑ ชุด

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๑๐ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)
ลงชื่อ..... (นายศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

- หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษจำนวน

๑ ชุด

#### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

##### ๔.๑ การรับประกันคุณภาพ

๔.๑.๑ เฉพาะตัวรถยนต์ ผู้เสนอราคาต้องยินดีรับประกันคุณภาพตัวรถยนต์ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนและจะมอบหลักฐานในการรับประกันวันส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ ภัยธรรมชาติ

๔.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตัวรถยนต์พยาบาล โดยในแบบ Drawing แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอย่างชัดเจน

๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแค็ตตาล็อก ที่สแกนจากตัวจริง/ต้นฉบับ (ไม่ใช่นำมาตกแต่งข้อความเอง) ที่แสดง ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต สำหรับตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกตัว เน้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ หากไม่มีคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น คือ

- ๔.๔.๑ เตียนนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- ๔.๔.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- ๔.๔.๓ เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
- ๔.๔.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- ๔.๔.๕ ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- ๔.๔.๖ ชุดฝือกกลม
- ๔.๔.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- ๔.๔.๘ อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- ๔.๔.๙ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- ๔.๔.๑๐ ไฟฉุกเฉินและชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง
- ๔.๔.๑๑ ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมที่ล็อคศีรษะ
- ๔.๔.๑๒ ฝือกตามคอ

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี

๔.๖ กรณีแจ้งซ่อมในระยะประกัน บริษัทจะดำเนินการซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๔.๗ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๑๑ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายยศกร อินทะรังษี)	ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีเนิเวศน์ มณีรัตน์)

๔.๘ เครื่องมือแพทย์ที่มีระบบการทำงานซับซ้อน ต้องมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบการส่งมอบด้วย

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป

๔.๑๐ ผู้ประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาล จะต้องได้รับอนุญาตให้ทำการ ประกอบ ดัดแปลง จากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยังไม่หมดอายุ หากเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย

๔.๑๑ ให้ติดแถบสะท้อนแสงรอบคันรถขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐ ซม.สี เขียวมะนาว เบอร์ A ๗ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านข้างซ้าย-ขวา ๒. ด้านหน้า ๓. ด้านท้าย และขนาดความกว้างอย่างน้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตรได้ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ๑. ขอบฝาท้ายและกันชน ๒. ขอบประตูรถซ้าย-ขวา มองเห็นได้ขณะที่ประตูเปิดและด้านล่าง และแถบสะท้อนแสงติดสติ๊กเกอร์ ลายคาด ๑ ชุด สีแดงสลับขาวแบบสะท้อนแสงรอบคัน (ยกเว้นด้านหน้า)

๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้อง พินีสตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข(สีเขียว) ประตูหน้า ตามที่ผู้ซื้อกำหนดให้ (ตราสัญลักษณ์ ๓๐ ซม. ชื่อหน่วยงานสูง ๑๐ ซม.)

๔.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องติดสติ๊กเกอร์ สีขาว ข้อความดังต่อไปนี้ สำหรับประตูหลังด้านซ้ายและด้านข้างซ้าย “การสนับสนุนจากประชาชนญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑” สำหรับประตูหลังด้านขวาและด้านข้างขวา “GRANT AID FROM THE PEOPLE OF JAPAN AS A TOKEN OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN JAPAN AND THAILAND 2018” ขนาดที่สามารถเห็นชัดเจน

๔.๑๕ ราคากลางที่จัดซื้อเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้ซื้อจะออกหนังสือให้กับผู้ขายเพื่อใช้ประกอบการขอยกเว้นภาษีรถพยาบาล เพื่อให้ผู้ขายไปดำเนินการขอจดทะเบียนและยกเว้นภาษีแทนผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

\*\*\*\*\*

คำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๗๓๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	แผ่นที่ ๑๒ ของจำนวน ๑๒ แผ่น
ลงชื่อ..... (นายศกร อินทะรังษี)	ลงชื่อ..... (ว่าที่ร้อยตรีเนวิน มณีรัตน์)
ลงชื่อ..... (บรรพ ดิอิทธิกุล)	ประธานคณะกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ	กรรมการ